



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031341, fax 52 3031344, www.szpitalznin.pl, e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl, NIP: 562-16-88-969 REGON 093213309  
TELEFONY WEW.: 160-Sekretariat, 133-Gł. Księgowa, 166-Zamówienia Publiczne 190-Kierownik Działu Tech.-Gosp., 171-Magazyn, 158-Statystyka Medyczna

PCZ/II-ZP/15/2019

Żnin, dn. 22.08.2019r.

**Do Wykonawców**  
**biorących udział w postępowaniu**  
**PCZ/II-ZP/15/2019**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę: Sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowanego w ramach projektu pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

**Pytanie 1. Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Pakiet nr 2 – Lustro korekcyjne**

Jeżeli chodzi o lustro to wymagacie lustro 3 częściciowe a podane wymiary wskazują na lustro 1 częściciowe - jest jeszcze jedna sprawa - wysokość całkowita 190 cm a wysokość skrzydła 188 cm - zostają 2 cm na obudowę - a gdzie miejsce na koła - proszę o dokładny opis lustro - aktualny nie odpowiada żadnemu z lusterek występujących na polskim rynku.


**Odpowiedź:**

- Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga lustro trzyczęściowe o wysokości całkowitej 190 cm. W opisie w/w przedmiotu zamówienia w ppkt. 7, uwzględniona została szerokość jednej części lustro.
- W związku z powyższym, Zamawiający zmienia opis na:  
**ppkt. 7 - szerokość całkowita : 225 cm (75 x 3 skrzydła)**
- Zamawiający w opisie w/w przedmiotu zamówienia w ppkt. 8, błędnie określił wysokość skrzydła i zmienia na:  
**ppkt. 8 – wysokość skrzydła: 166 cm**

**Aktualny (poprawiony) Załącznik 2.2 do SIWZ, który należy uwzględnić przy składaniu ofert, w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.**




Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000220135 wysokość kapitału zakładowego : 1.090.000,00 zł, wpłacony: 50.000,00 zł.



PCZ/II- ZP/15/2019

**Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu wyznaczonego na składanie ofert:**  
**Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE (budynek Dyrekcji) Pałuckiego Centrum Zdrowia**  
**Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10.00**  
**Miejsce otwarcia ofert: ŚWIETLICA (piwnica w bud. Oddz. Gin-Pot.) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z**  
**o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, dnia 27.08.2019 r., godz. 10.30**

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji , na adres e-mail [zamowienia@szpitalznin.pl](mailto:zamowienia@szpitalznin.pl) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SZPITALA  
  
Roman Pawłowski