



PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031341, fax 52 3031344, www.szpitalznin.pl, e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl, NIP: 562-16-88-969 REGON 093213309
TELEFONY WEW: 160-Sekretariat, 133-Gł. Księgowa, 160-Zamówienia Publiczne 190-Kierownik Działu Tech.-Gosp., 171-Magazyn, 158-Statystyka Medyczna

PCZ/II-ZP/10/2019

Żnin, dn. 27.05.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: Aparatury medycznej na Oddział Ginekologiczno - Położniczy oraz wyposażenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowaną w ramach projektu pn. „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Pytanie 1. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Pakiet nr 1, pkt. 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej.
JEST:

45.	Automatyczna biometria <u>BDP</u> , HC, AC, FL, HL	TAK, podać	
-----	--	------------	--

WINNO BYĆ:

45.	Automatyczna biometria <u>BPD</u> , HC, AC, FL, HL	TAK, podać	
-----	--	------------	--

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2.1 do SIWZ W Pakiecie 1, pkt. 45 jest: Automatyczna biometria BDP, HC, AC, FL, HL Winno być: Automatyczna biometria BPD, HC, AC, FL, HL Poprawiony formularz w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Pakiet nr 1, pkt. 75

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej.
JEST:

75.	Interface Dicom	<u>Min. 128</u>	
-----	-----------------	-----------------	--

WINNO BYĆ:

75.	Interface Dicom	<u>TAK</u>	
-----	-----------------	------------	--





PCZ/II- ZP/10/2019

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2.1 do SIWZ
W Pakiecie 1, pkt. 75 jest: Interface Dicom - Min. 128
Winno być: Interface Dicom - TAK
Poprawiony formularz w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.**

Pytanie 3. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 21,5" ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 16

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający głębokość penetracji aparatu min. 1,0 - 30,0 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 23

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający obrazowanie w trybie B z możliwością zmiany częstotliwości jednocześnie- bliższego i dalszego pola ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 44

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG nie posiadający pomiaru IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 7. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 48, 50

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę CONVEX 2D, do badań położniczych o zakresie częstotliwości pracy 2,2 - 7,0 MHz oraz kącie obrazowania w trybie B minimum 70° , pozostałe parametry pozostają bez zmian ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 8. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 59

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę ENDOCAVITARNĄ 2 D do badań położniczych i ginekologicznych o głębokości obrazowej minimum 14 cm, pozostałe parametry pozostają bez zmian ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 9. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 65

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę MIKROCONVEX 2D do badań noworodka o zakresie kąta obrazowania min. 110° ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 10. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 77

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający możliwość rozbudowy obrazowania 3D/4D z głowicy wolumetrycznej endowaginalnej z minimum 128 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 3-9 MHz i maksymalnym kątem obrazowania min. 145° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PCZ/II- ZP/10/2019

Pytanie 11. Dotyczy: Pakiet 1 – Aparat USG, pkt. 80

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG nie posiadający oprogramowania do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3 D ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji , na adres e-mail zamowienia@szpitalznin.pl W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galas-Gasior