



PCZ/II-ZP/09/2020

Żnin dn. 16.09.2020r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę prania białizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą białizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie. Nr postępowania PCZ/II-ZP/10/2020.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

**Pytanie 1:**

**Dotyczy realizacji usługi – rozdział V pkt 2):**

Czy w przypadku materacy, poduszek itp. Zamawiający dopuści możliwość wykonania dezynfekcji w przelotowych pralnicowo-wirówkach przeznaczonych do prania i dezynfekcji zamiast w komorze dezynfekcyjnej? Skuteczne wykonanie dezynfekcji nie ogranicza się bowiem do użycia komory dezynfekcyjnej. Technologia dezynfekcji w komorach dezynfekcyjnych jest technologią, która obecnie może być zastąpiona technologią stosowaną w pralnicowo-wirówkach, w których dokonywany jest zarówno proces prania jak i dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących. Zastosowanie procesu dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej może się okazać procesem nieskutecznym, gdyż zdezynfekować można jedynie czyste powierzchnie tzn. proces dezynfekcji należy przy silnych zabrudzeniach poprzedzić procesem prania wstępnego a następnie prania zasadniczego dezynfekcyjnego lub przy słabych zabrudzeniach wykonać proces prania dezynfekcyjnego jedno-kąpielowego. Wprowadzenie wymogu, aby pralnia była wyposażona w komorę dezynfekcyjną eliminuje z przetargu pralnie, które realizują właściwą procedurę dezynfekcji asortymentów silnie porowatych i wielkogabarytowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy realizacji usługi – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1:**

Prosimy o odstąpienie od rozdziału czasowego transportu białizny brudnej i czystej - proponujemy środki transportu z podzielną komorą, aby białizna brudna i czysta nie miały ze sobą kontaktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza transport białizny brudnej i czystej środkiem transportu z podzielną, szczelną komorą, tak aby białizna czysta nie miała kontaktu z brudną.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy realizacji usługi – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pranie dezynfekcyjne materacy, kocy, poduszek zamiast czyszczenia chemicznego?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy przedmiotu dzierżawy:**

**B.2 – Białizna i odzież operacyjna:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne barierowe wykonane na bazie dwóch tkanin: **pole krytyczne** – wykonane z tkaniny o gramaturze 140g/m<sup>2</sup>, **pole niekrytyczne** - tkanina poliestrowa z domieszką włókna węglowego (poliester 99,3%, włókno węglowe 0,7%) o gramaturze 84g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak.**



**Pytanie 5:**

**Dotyczy przedmiotu dzierżawy:**

**B.2 – Bielizna i odzież operacyjna:**

Czy Zamawiający dopuści, aby serwety operacyjne do przykrycia pacjenta były wykonane z tkaniny chłonnej niepylącej bawełniano-poliestrowej z domieszką włókna węglowego (bawełna 69%, poliester 30%, włókno węglowe 1%) o gramaturze 150g/m<sup>2</sup>? Tkanina spełnia normę PN EN 13 975.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 6:**

**Dotyczy przedmiotu dzierżawy:**

**B.2 – Bielizna i odzież operacyjna:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw bielizny barierowej operacyjnej – uniwersalny o składzie:

- serweta poliestrowa 240 x 180 ze strefą chłonną 70 x 50 cm (górną)
- serweta poliestrowa 220 x 150 ze strefą chłonną 140 x 70 cm (dolną)
- serweta poliestrowa 90 x 90 cm ze strefą chłonną 90 x 45 cm - 3 x (boczne)
- serweta na stół do instrumentarium 180 x 140 cm ze strefą chłonną 180 x 60 cm
- pokrowiec na stół Mayo - 160 x 75 cm ze strefą chłonną 70 x 100 cm
- fartuch operacyjny rozm. M – 1szt.
- fartuch operacyjny rozm. XL – 2szt.

Serwety chirurgiczne **w części zasadniczej** są wykonane z tkaniny poliestrowej z domieszką włókna węglowego o gramaturze 84g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności min. 50cm H<sub>2</sub>O oraz **w części chłonnej** z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 230g/m<sup>2</sup> o chłonności 120% ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 7:**

**Dotyczy przedmiotu dzierżawy:**

**B.2 – Bielizna i odzież operacyjna:**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, czy ww. zestawy mają być pakowane, odpowiednio składane oraz przygotowane do sterylizacji? Taki sposób przygotowania zestawów wpływa na czasochłonność oraz wycenę zestawów.

**Odpowiedź: Zestawy są pakowane i przygotowywane przez sterylizatornię Zamawiającego.**

**Pytanie 8:**

**Dotyczy przedmiotu dzierżawy:**

**B.2 – Bielizna i odzież operacyjna:**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (blok operacyjny i OAiIT) wykonaną z tkaniny o gramaturze 150g/m<sup>2</sup> – skład: 69% bawełna, 30% poliester i 1% nitka węglowa – tkanina spełniająca normę PN EN 13795.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 9:**

**Pytania dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 6 słów „obniżenie wynagrodzenia miesięcznego netto o 10% i o dalsze 5% za każde kolejne uchybienie (...)” słowami „obniżenie wynagrodzenia miesięcznego netto o 3 % i o dalsze 1% za każde kolejne uchybienie (...)”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 10:**

**Pytania dot. treści umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu § 8 ust 1 pkt 1) w taki sposób, aby kara umowna naliczana była od wartości usługi z miesiąca poprzedzającego stwierdzenie uchybień / odstąpienie od umowy?

**Odpowiedź: Nie.**




**Pytanie 11:**

**Pytania dot. treści umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Nie.**

**Na str. internetowej [www.szpitalznin.pl](http://www.szpitalznin.pl) w zakładce Przetargi, Zamawiający zamieścił „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 16.09.2020r.”**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
Ewa Galas-Gasior

